

REPARACION & MANTENIMIENTO DE FUSIONADORA

Ruc: 1758663619001

Dirección Ramiro Almeida N55B OE10-285, La pulida

Teléfono: 097 9082698 / 096 2650742

Correo: soporte@artitel.net



CERTIFICADO DE CALIBRACION

Esto certifica que el producto anterior se calibró de acuerdo con un sistema de calidad registrado para ISO9001: 2000, utilizando los procedimientos aplicables de Tecnologías de reflectó metro de dominio de tiempo óptico.

Modelo: ANRITSU MU909015B1

Descripción: OTDR

Serial No: 6C60060526

Version Software: 2.30

Tamaño de Fibra: 9/125 μ m SMF-28

Longitud de Onda (nm): 1310nm 1550nm

Potencia de Salida (dBm): NA NA

Temperatura: 26.0 °C


Humedad Relativa: 80.0 %

Fecha de Calibracion: 29-Enero-2020 (Calibración Recomendada cada 12 meses)

Aprobado: Si: No: ✓

La fecha de vencimiento se establecerá (por el cliente) agregando el intervalo de calibración recomendado a la "Fecha de puesta en servicio".

Emitido por:



Ilber Rodriguez

Ing. Telecomunicaciones

Senescyt: 8622154911